



酸素濃度計

XP-3380 II

共通仕様

- デジタル数字とデジタルバーグラフ表示
 - 専用アプリによるメール通知機能
 - 本質安全防爆構造 (可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)
 - アルカリ乾電池仕様 : Ex ia da II C T4 Ga(XP-3380 II 以外)/Ex ia II C T4 Ga(XP-3380 II)
 - ニッケル水素充電電池仕様 : Ex ia da II C T3 Ga(XP-3380 II 以外)/Ex ia II C T3 Ga(XP-3380 II)
- オプション
- レザーケース、アリゲーターグリップ、ガス導入管(1,2,3,5,10m)
 - ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスト、アタッチメント
 - 充電器、液晶保護フィルム

O₂

レンジ	0~25.0vol%
警報設定値	18.0vol%
警報方式	ブザー、ランプ (赤色) 点滅およびLCD表示
電源	単3アルカリバッテリー×4
寸法・重量	91(W)×164(H)×44(D)mm(突起部除く) 460g(電池含む)
付属品	1mガス導入管or1mガス導入管 (溶剤検知用) シールドベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント アルカリ乾電池orニッケル水素充電電池、液晶保護フィルム

4076001	酸素濃度計	XP-3380 II	¥ 140,000 (154,000)
---------	-------	------------	---------------------



酸素／メタンガス検知器

XP-3318 II

O₂

メタン

レンジ	0~25vol%(O ₂), 0~100%LEL(可燃ガス)
警報設定値	18.0vol%(O ₂), 20%LEL(可燃ガス)
警報方式	ブザー、ランプ (赤色) 点滅およびLCD表示
電源	単3アルカリバッテリー×4
寸法・重量	91(W)×164(H)×44(D)mm(突起部除く) 460g(電池含む)

4076002	酸素／メタンガス検知器	XP-3318 II	¥ 185,000 (203,500)
---------	-------------	------------	---------------------



可燃ガス検知器

XP-3310 II

可燃ガス全般の測定可能 (対象ガスを指定して下さい)

可燃ガス

レンジ	0~100%LEL
警報設定値	20%LEL
警報方式	ブザー、ランプ (赤色) 点滅およびLCD表示
電源	単3アルカリバッテリー×4
寸法・重量	91(W)×164(H)×44(D)mm(突起部除く) 460g(電池含む)

4076003	可燃ガス検知器	XP-3310 II	¥ 103,000 (113,300)
---------	---------	------------	---------------------



可燃ガス検知器

XP-3340 II

タンク内の残留ガス測定に最適。

可燃ガス

レンジ	0~100vol%
警報設定値	50%LEL
警報方式	ブザー、ランプ (赤色) 点滅およびLCD表示
電源	単3アルカリバッテリー×4
寸法・重量	91(W)×164(H)×44(D)mm(突起部除く) 460g(電池含む)

4076004	可燃ガス検知器	XP-3340 II	¥ 155,000 (170,500)
---------	---------	------------	---------------------



可燃ガス検知器

XP-3360 II

ppmレベルの可燃性ガス、有機溶剤の測定 (対象ガスの測定)

可燃ガス

レンジ	0~5000ppm or 0~10000ppm
警報設定値	250ppm or 500ppm
警報方式	ブザー、ランプ (赤色) 点滅およびLCD表示
電源	単3アルカリバッテリー×4
寸法・重量	91(W)×164(H)×44(D)mm(突起部除く) 460g(電池含む)

4076005	可燃ガス検知器	XP-3360 II	¥ 208,000 (228,800)
---------	---------	------------	---------------------